



شماره انحصاری
تایید صلاحیت
NACI/Lab/۱۰۱۲
تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه :
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ - تهران
تاریخ تجدید گواهینامه :
۱۴۰۰/۰۶/۰۱
تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه :
۱۴۰۵/۰۵/۳۱



گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه Laboratory Accreditation Certificate

The National Accreditation Center of Iran (NACI)
herewith confirms that :

Mehdiabad Lead& Zinc&Barit Complex Laboratory

Address: Postal Code: 8986157131, Mehdiabad mining, 75th Km, of yazd- Mehriz Road, Mehriz, yazd , I.R.IRAN
Tel:+98 (35) 32554193-97
Fax :+98 (35) 32554191
Web Site : <http://mehdiabadmine.com>

Has fulfilled the ISIRI-ISO/IEC 17025.
 And is competent to carry out ■ Test □ Calibration services according to accreditation scope are listed in 1 page/s of annex.

Validity of Accreditation Certificate depends on continuity of compliance with the relevant requirements and obtaining the approval based on the annual surveillance assessment.

- Validity of Accreditation depends on continuity of compliance with the relevant requirements and obtaining the approval based on the annual surveillance assessment.
- The unique identification number of this Accreditation Certificate and all attachments are the same
- To control the originality of this certificate, visit the website of NACI.(naciportal.isiri.gov.ir)

آزمایشگاه مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد

نشانی: ایران، یزد، مهریز، کیلومتر ۷۵ جاده یزد- مهریز ، معدن مهدی آباد، کد پستی: ۸۹۸۶۱۵۷۱۳۱
تلفن: ۰۳۵ - ۳۲۵۵۴۱۹۳-۹۷
دورنگار : ۰۳۵ - ۳۲۵۵۴۱۹۱
سایت اینترنتی: <http://mehdiabadmine.com>

الزمات استاندارد ایران - ایزو/آی ای سی ۱۷۰۲۵ را رعایت نموده است.
 و صلاحیت انجام خدمات آزمون ■ کالیبراسیون □ مطابق دامنه کاربردی
 که جزئیات آن در ۱ برگ پیوست آمده است را دارد.

حفظ اعتبار در طول دوره منوط به استمرار انطباق با ضوابط مربوطه و اخذ تاییدیه در ارزیابی های مراقبتی سالانه است.

• اعتبار تایید صلاحیت منوط به استمرار انطباق با الزامات مربوطه و اخذ تاییدیه در ارزیابی های مراقبتی سالیانه است.

• شماره انحصاری شناسایی در این گواهینامه تایید صلاحیت و کلیه پیوستها یکسان است.

• جهت کنترل اصالت این گواهینامه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مراجعه نمایید. (naciportal.isiri.gov.ir)

A. Rahmani
NACI PRESIDENT

انوشه رحمانی
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۱۰۱۲

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه :

۱۳۹۶/۰۷/۲۹ - تهران

تاریخ تجدید گواهینامه :

۱۴۰۰/۰۶/۰۱

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه :

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت آزمایشگاه مجتمع سرب و روی و باریت مهدی آباد

ردیف	نام محصول	محصول محور ۱	آزمون محور ۲	عنوان آزمون	محدوده کاربرد	مرجع
۱	کانی های معدنی		✓	استخراج فلزات از کانی های معدنی و مواد متالورژی مرتبه بروش هضم اسیدی و تعیین توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله	Zn \geq 0.05 % Pb \geq 0.06 % Mn \geq 0.05 % Fe \geq 0.05 % Cu \geq 0.05 % Ag \geq 0.06 ppm	ASTM E-2941
۲	کانی های باریت		✓	تعیین دانستیه به روش بالن لوشا توپیه	(3.33 to 4.44) g/cm ³	API 13A Clause 7
				اندازه گیری مجموع فلزات قلیای خاکی محلول در آب بر اساس یون کلسیم	Ca ²⁺ \geq 5 ppm	API 13A Clause 8

۱- محصول محور: آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون های مندرج در استاندارد ویژگی های محصول، تایید صلاحیت شده است

۲- آزمون محور: آزمایشگاه جهت انجام آزمون های مندرج در جدول فوق تایید صلاحیت شده است.

نوشه رحمانی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of
Accreditation

NACI/Lab/1012

Initial Accreditation Date and

Place: 2017.10.21-Tehran

Renewal Date : 2021.08.23

Expiry Date : 2026.08.22

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Mehdiabad Lead& Zinc&Barit Complex Laboratory

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
1	Mineral Ores		✓	Extraction of Elements from Ores and Related Metallurgical Materials by Acid Digestion and determination by flame atomic absorption spectroscopy	Zn ≥ 0.05 % Pb ≥ 0.06 % Mn ≥ 0.0 5% Fe ≥ 0.05 % Cu ≥ 0.05 % Ag ≥ 0.06 ppm	ASTM E-2941
2	Barite Ores		✓	Determination of Density by LeChatelie flask method	(3.33 to 4.44) g/cm ³	API 13A Clause 7
				Determination of Water-soluble alkaline earth metals as calcium	Ca ²⁺ ≥ 5 ppm	API 13A Clause 8

1- Product Oriented: Laboratory is accredited to meet all requirements of the product specification standard.

2- Test Oriented: Laboratory is accredited for carrying out the tests mentioned in the above table.

A. Rahmani
NACI PRESIDENT

Rahmani